



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 10 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

27.11.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 2.12.2025 saat 09:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetkenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alınılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL VE TOPLAM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- A grubunun kalemleri toplam bedel üzerinden değerlendirilecek olup diğer grup ve kalemler birim bedel üzerinden değerlendirilecektir.
- 11- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 2.12.2025 tarihinde saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com ' a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 12- Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.
- 13- Numune istenen gruplar (A-B ve C)'dır. Bu gruptaki adı geçen malzemeler numune üzerinden değerlendirilecek olup teklifinizle birlikte numune ürünü hastanemize göndermeniz gerekmektedir. Numunenin son teslim tarihi 05/12/2025 saat 17:00'dır. Bu tarihten sonra gelen numuneler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 14- A grubunun alımlarında sözleşme imzalanacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	LABORATUVAR DEPO
	DAHİLİ : 1403

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
A	HAZIR BESİYERLER (TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN ALINACAKTIR.) (SÖZLEŞME İMZALANACAKTIR) (NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.)						
1	MÜELLER HINTON HAZIR BESİYERİ (9 CM)	4.000	ADET				
2	ÇUKULATA HAZIR BESİYERİ	360	ADET				
3	EMB HAZIR BESİYERİ	1.000	ADET				
4	KOYUN KANLI HAZIR BESİYERİ	1.500	ADET				
5	KOYUN KANLI / EMB BÖLÜNÜŞ HAZIR BESİYERİ	5.500	ADET				
6	SS HAZIR BESİYERİ	360	ADET				
B	İMMUNOKROTOGRAFIK KASET TESTLER (BİRİM BEDEL ÜZERİNDEN ALINACAKTIR.) (NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.)						
1	GAİTADA GİZLİ KAN (KART TEST)	650	TEST				
2	HELİCOBACTER PYLORİ ENTERİK ANTİJEN TESTİ	200	TEST				
3	ROTA ADENOVİRÜS GAİTADA ANTİJEN ARAMA COMBI TEST	400	TEST				
C	DİĞER SARF MALZEMELER (BİRİM BEDEL ÜZERİNDEN ALINACAKTIR.)						
1	STERİL, DİSPONİBLE, KALİBRE ÖZE	20.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şehit Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

A. KONU: Antalya Manavgat Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında kullanılacak olan sarf malzeme teminine ait şartnamedir.

B. BESİYERLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Tüm besiyerleri, standart olduklarını belgelemek amacıyla rastgele bir sırayla kantitatif kalite kontrol suşlarıyla standardizasyona tabi tutulacak ve bu muayene sonucu kabul edilebilir sınırlarda çıkarsa laboratuvar sorumlusu tarafından kabul edilerek onaylanacaktır.
2. Besiyerleri buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu engelleyecek şekilde naylon, ağzı yapışkanlı poşetler ile ambalajlanmış olacaktır.
3. Besiyerleri, nem ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde, paketler halinde olacaktır.
4. Her ambalaj üzerindeki orijinal etikette üretici firma, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, ürün adı yer alacaktır.
5. Besiyerleri kontrol suşları ile denenmiş olacaktır. Orijinal ambalajında kullanılan suşlar belirtilecektir.
6. Sterilite ve performans kontrolleri yapılmış olacaktır.
7. Firma, laboratuvar tarafından herhangi bir aşamada yapılacak olan kalite kontrol çalışmalarında (sterilite ve performans) uygun nitelikte bulunmayan, kontaminasyon, kırılma görülen, sterilitesi bozuk tüm besiyerlerini ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecektir.
8. Kanlı agar içeren tüm besiyerlerinde koyun kanlı agar kullanılacaktır.
9. Besiyerleri sterillik kontrolünde 37°C'de boş olarak 2 gün inkübe edildiğinde üreme olmayacaktır.
10. Besiyeri transferindeki soğuk zincir yüklenici tarafından belirtilecek ve birimden uygunluk alınacaktır. Soğuk taşıma işlemi, ilgili birime teslim anına kadar devam ettirilecektir. **Bu amaçla transfer sırasında indikatör kullanılacak ve soğuk zincirin bozulduğu tespit edilirse tutanakla ürünler iade edilecektir.**
11. Besiyerlerinin miadları teslim tarihinden itibaren en az 2 ay olmalıdır,
12. Besiyeri petrileri üzerinde besiyerinin adı, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazmalıdır.
13. Besiyerleri 90 mm'lik petrilerde 4 mm kalınlığında kullanıma hazır olmalıdır.
14. Besiyerleri hastanenin talebi doğrultusunda peyderpey alınacaktır.



15. Tüm besiyerlerine teklif verilecek ve teklif veren firmaların gönderdiği numunelerin deneme çalışmaları sonrasında karar verilecektir.

C. GAITADA GİZLİ KAN (KART TEST) İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Test, gaitadan alınan örneklerden insan hemoglobinine spesifik olmalı.
2. Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır.
3. Test rahat ve kullanışlı olarak uygulanabilmesi için kaset özelliğinde olmalıdır.
4. Çalışılan kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
5. Test sonuçları en geç 10 dakika içinde alınabilmelidir.
6. Test kasetinde kontrol çizgisi olmalı ve kaset üzerinde testin adı yazmalıdır.
7. Test kasetleri neme karşı koruma sağlayıcı ambalajlanmış olmalı, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
8. Test düşük konsantrasyonda insan hemoglobini içeren örneklerde pozitif sonuç verebilmelidir.
9. Kitler, reaktifler çalışabilmek için ısıtma ve soğutma ile oda sıcaklığında getirmeye ihtiyaç duymadan reaktifler de dahil olmak üzere 2-30°C de olmalıdır.
10. Üretim tarihi, lot numarası, son kullanma tarihi kitler üzerinde bulunmalıdır
11. Son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.
12. Her kutuda kit prospektüsü olmalıdır.
13. Pozitif ve negatif kontrol sağlanmalıdır.
14. Çalışmayan veya eksik kit/malzeme çıktığı zaman firma tamamlamayı taahhüt etmelidir.
15. Teklif veren firmalar numune gönderecek ve deneme çalışmaları sonrasında karar verilecektir.

D. HELICOBACTER PYLORI ENTERİK ANTİJEN TESTİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Taze veya dondurulmuş gaita numunesinde H. pylori antijenini immunokromatografik yöntemle tayin etmelidir.
2. Test membranında monoklonal antikorlar kullanılmış olmalıdır. Numune hazırlığında santrifüj, sedimantasyon gibi herhangi bir ön çalışma gerektirmemelidir. Testler en geç 15 dakikada sonuç verebilmelidir.
3. Kitlerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
4. Teklif veren firmalar tekliflerinde ambalaj miktarını ve üretici firma ismini bildirmelidir.

5. Tüm kitler üretici firmaya ait orijinal etiket taşınmalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
6. Firmalar tekliflerinde kitlerin kullanıldığı merkezler ile ilgili referans listesi verecektir.
7. Ambalaj her numune için ayrı ayrı kullanılacak numune tüpleri içermeli, numune tüpü test için kullanılacak gaitayı alabilecek numune çubuğu ve damlalıklı olmalıdır.
8. Kutudaki testler kasetler halinde bulunmalı, kasetler üzerinde testin adı yazmalıdır. Pozitif ve negatif kontrolü testin içinde veya yanında firma tarafından teslim edilmelidir.
9. Her kutuda, test çalışma ve değerlendirme prosedürlerini de içeren prospektüs bilgileri olmalıdır.
10. Teklif veren firmalar numune gönderecek ve deneme çalışmaları sonrasında karar verilecektir.

E. ROTA ADENOVİRÜS GAİTADA ANTİJEN ARAMA COMBİ TEST

1. Test kaset formatında ve immunokromatografik yöntemle çalışmalıdır.
2. Test gaitada Rotavirus ve Adenovirus aynı kart üzerinde aynı anda tespit etmeli, her ikisi için ayrı çizgiler oluşturmamalıdır.
3. Firma pozitif ve negatif kontrolleri kitlerle birlikte ücretsiz temin etmelidir.
4. Sistemin üzerinde kontrol ve test sonucuna ait farklı alanlar olmalıdır.
5. Kart ambalajı üzerinde üretim tarihi, lot no su veya son kullanma tarihi, saklama koşulu ve üreticinin markası yer almalıdır
6. Testler en geç 15 dakika içinde sonuç verebilmelidir.
7. Kitler oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
8. Raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır .
9. Orijinal ambalajlar test için gerekli her türlü malzemeyi içermeli ve dışarıdan herhangi bir malzeme veya santrifüj kullanımı gerektirmemelidir.
10. Sözleşme süresi içerisinde gerekirse yeni miadlı kitler ile değişim yapılabilirdir.
11. Teklif veren firmalar numune gönderecek ve deneme çalışmaları sonrasında karar verilecektir.

F. STERİL, DİSPOZİBLE, KALİBRE ÖZE

1. Çeşitli örneklerin mikrobiyolojik vasatlara ekimine uygun özellikte olmalıdır.
2. Katı, sert plastikten üretilmiş olmalıdır.
3. En fazla 10 adetlik steril paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.



4. Paketler kontaminasyon ihtimalini azaltmak için kolay açılmamalıdır.
5. Paketler 2 taraftan da açılabilmelidir.
6. Plastik özelerin bir ucu halka, diğer ucu iğne şeklinde olmalıdır.
7. Halka ucu 10 mikrolitre kapasiteli olmalı ve ekim sırasında besiyerine zarar vermemelidir.
8. İğne ucu küçük koloniler ile çalışılabilecek şekilde ince uçlu olmalıdır.
9. Her paket üzerinde firma adı, son kullanma tarihi belirtilmeli ve en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

Muller