

PROXİMAL FEMORAL INTRAMEDÜLLER ÇİVİ
(INTERTAN)

1. Femur trokanterik tipinden çakılmaya uygun olmalıdır.
2. Çivi titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
3. Çivinin tepe kısmı rotasyonel stabiliteyi artırmak için trapezoidal yapıda olmalıdır.
4. Çivi 4 derece lateral ofsete sahip olmalıdır.
5. Çivi hem collum femoris kırıklarında hem de subtrochanteric femur kırıklarında kullanıma uygun olmalıdır.
6. Çivinin uç kısmı slotlu olmalı, bu sayede distal stabiliteyi artırıp ve yeni kırık riskini önlemelidir.
7. Çivinin proksimal kısmı 17 mm den ince olmalıdır.
8. Çivinin tepe bölümünü kapatmak için tepe vidası olmalıdır.
9. Çiviler 10,11 ve 12 mm çapında olmalıdır.
10. Çivi uzunlukları 18 cm ve 40 cm aralığında olmalıdır.
11. Çivinin distal deliği hem dinamik hem de statik kilitlemeye uygun olmalıdır.
12. Çivinin proksimal kilitlenmesi 11 mm çapa sahip lag vidası ve 7.8 mm çapa sahip interlocking vida ile kilitlenebilmelidir, bu vidalar biri biriyle kilitlenmeye uygun yapıda olmalıdır.
13. Çivi bir birine kilitlenen vida yapısıyla femur boynunda oluşan Z stresini önlemelidir.
14. Çivinin distal ve proksimal kısmını kilitlemek için özel guide sistemi olmalıdır.
15. Çivinin çakma seti minimal invazive cerrahi için uygun olmalıdır.
16. Çakma setinde flexibel oyucu bulunmalıdır.
17. Distal vidalar 5.0 mm çapında ve 25 mm ile 70 mm uzunluğunda olmalıdır.
18. Çivinin proksimal delikleri 130 derece açı ile vida gönderilmeye uygun olmalıdır.

PFNA ÇİVİ SUT KODU:

TV5340 1 ADET

BÜYÜK KAYAR KALÇA VİDASI SUT KODU:

TV5470 1 ADET

KÜÇÜK KAYAR KALÇA VİDASI SUT KODU:

TV5460 1 ADET

DİSTAL KİLİTLEME VİDASI SUT KODU:

TV5500 2 ADET

TEPE VİDASI SUT KODU:

TV5380 2 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. ... ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diy. Tesc. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mete ÖZGÜR
Diy. Tesc. No: 81117
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Aydın YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diy. Tesc. No: 78972