



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

8557

KONU: 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

19.01.2026

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/

d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.

Firmanız tarafından temini mümkün ise  
Gereğini yapılmasını rica ederim.

22.01.2026

saat

09:00

'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenlenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alm yapılacak olan alımmız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **22.01.2026** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

**11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

<b>ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN</b>	<b>TELEFON : 0 242 746 11 17</b>
	<b>TIBBİ SARF DEPO</b>
	<b>DAHİLİ : 1421</b>

İsmail DEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA  
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	MUAYENE ELDİVENİ,PUDRASIZ,SMALL	125.000	ADET				
2	MUAYENE ELDİVENİ,PUDRASIZ,MEDIUM	125.000	ADET				
3	SPANÇ STERİL RADYOOPAKSIZ, 12 KAT, 7,5*7,5 CM	70.000	ADET				
4	SPANÇ STERİL RADYOOPAKLI, 16 KAT, 7,5*7,5 CM	15.000	ADET				
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

<b>BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.</b>	<b>Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.</b>
	<b>KAŞE - İMZA</b>
	<b>BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.</b>

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

## SMT2834- MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Tıbbi müdahale ve muayenelerde koruma sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Eldiven doğal kauçuk lateksten imal edilmiş, pudrasız, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır. 3. Eldivenin XS, S, M, L ve XL boyları olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	4. Eldivenlerin boyu en az 240 mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20 mm) olmalıdır 5. Eldivenler kullanım itibariyle ergonomik olmalı, sağ-sol ayrımı olmamalı ve giyildiğinde eli kavramalıdır. 6. Eldivenler paket içerisine düzgün yerleştirilmiş olmalı ve kolayca alınmalıdır 7. Eldivenler birbirine yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır. 8. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. 9. Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir. 10. Eldivenin sıvı geçirgenliği olmamalı üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının tespiti açısından EN 455-1 standartı gereğince en çok AQL seviyesi 1,5 olmalıdır. 11. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı EN 455-2 standartı gereğince kopma dayanımı $\geq 6,0$ Newton olmalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi  
AL ZORLU  
ECZACI  
E.CZA/119

Manavgat Devlet Hastanesi  
Eczacıbaşkanı YILMAZ  
Diy. Tes. No: 42/173

SMT2834- MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL

<b>Genel Hükümler:</b>	<p>12. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.</p> <p>13. TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır</p> <p>14. TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.</p> <p>15. Eldiven paketlerinde 100 adet eldiven bulunmalıdır. Paket üzerinde üretim lot bilgisi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.</p> <p>16. Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır.</p>
------------------------	---

Manavgat Devlet Hastanesi  
AM ZORLU  
Eczacı  
Eczacı No: 44872

Manavgat Devlet Hastanesi  
Ecz. Gökmen YILMAZ  
Din. Tes. No: 44872

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Ürün cerrahi ve medikal uygulamalarda kullanılmak amacıyla üretilmiş olmalıdır.
<b>SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Ürünün hidrofil hale getirilmiş %100 pamuk ipliğinden imal edilmiş veya non-woven ( dokumasız ) çeşitleri olmalıdır. 3. Ürünün steril veya non-steril çeşitleri olmalıdır. 4. Ürünün radyopaklı (x-ray) veya radyopaksız (x-raysiz) çeşitleri olmalıdır. 5. Ürünün her çeşidi; 8-12-16 kattan oluşmalı ve 5*5cm, 7,5*7,5cm, 10*10cm, 8*18cm ebatlarından biri olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	6. Ürün kenarları tamamen içte kalacak şekilde cerrahi katlama yöntemi kullanılarak imal edilmiş olmalıdır. 7. Ürünün radyopaklı çeşitleri için radyopak şerit veya iplik, ürünün her iki yüzünde (altında ve üstünde), görünür kalınlıkta ve her katında dikilmiş veya dokunmuş olmalı, kullanım esnasında kopmamalı, kolay çıkmamalı ve tiftiklenmemelidir. 8. Ürünün radyopak şeridi/ipleri x-ray ile yapılan görüntülemelerde kolayca görüntülenebilir malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 9. Ürünün radyopaklı çeşitleri için, radyopak şerit gazlı bez boyunca dikilmiş veya dokunmuş olmalı, kullanım esnasında kopmamalı, kolay çıkmamalı ve tiftiklenmemelidir. 10. Ürünün pamuk tiplerini 1 cm <sup>2</sup> 'deki toplam iplik (tel) sayısı 18(+/-1) olmalı ve ağırlığı en az 23 gram olmalıdır. 11. Ürünün pamuk tiplerinin dokuma ipliği ince olmamalı, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır. 12. Üründe yırtık, kaçık olmamalı ve kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmamalıdır. 13. Ürün sterilizasyon işlemi sonrasında sertleşmemeli ve emici özelliğini kaybetmemelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Ali ZORLU  
Eczacı  
Eczacı No: 119

Manavgat Devlet Hastanesi  
Ecz. Gökhan YILMAZ  
Dip. No: 44073

<b>Genel Hükümler:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>14. Ürünün steril çeşitleri; sağlık tesisinin talebine göre 2'li, 5'li veya 10'lu paketler halinde teslim edilmelidir.</li><li>15. Ürünün non-steril çeşitleri; 50'li ve 100'lü paketler halinde teslim edilmelidir.</li><li>16. Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır.</li><li>17. Ürünlerin üretimi, tıbbi cihaz direktifine uygun, en az class 100.000 temiz oda koşullarında olmalı ve bu koşulların sağladığını belgelerle ibraz edilmelidir.</li><li>18. Ürüne ait biyoyumluluk testleri mevcut olmalıdır (hemolitik etki, sensitizasyon, cilt iritasyon ve sitotoksikite testleri).</li><li>19. Malzeme üreticisinin ISO 13485 kalite yönetim sertifikası ve CE belgesi olmalı ve istenildiği takdirde belge ibraz edilmelidir.</li><li>20. Ürünün steril tiplerinde sterilizasyon yöntemini işaret eden indikatör bulunmalıdır.</li><li>21. Sterilizasyon rulosu TS EN 11607 paketleme materyali ile ilgili standardı karşılamalıdır.</li><li>22. Ürünün non-woven tipleri TS EN 1644-1 ve TS EN 1644-2 testlerine uygunluğunu belgelendirmelidir.</li><li>23. Ürünün non-woven tipleri TS EN ISO 10993 kalite şartlarını sağlamalıdır.</li><li>24. Ürünün non-steril tipleri korunaklı, ürünün yapısına zarar vermeyecek özellikte ve şeffaf ambalaj içerisinde teslim edilmelidir.</li><li>25. Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır.</li></ol>
------------------------	---

Manavgat Devlet Hastanesi  
ALIZORLU  
Eczacı  
EĞİTİMİ  
EĞİTİMİ

Manavgat Devlet Hastanesi  
Eczacı  
EĞİTİMİ  
EĞİTİMİ