



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073/934.01  
KONU : 6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

8649

SAYIN.....

9.02.2026

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsti ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.  
Firmamız tarafından temini mümkün ise **13.02.2026** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine (teklif verilmesi hususunda, Gerekimin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vahi, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlakla **13.02.2026** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

<b>ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN</b>	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Mustafa Z. DEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	ÜRETRO-RENOSKOP KAVRAMA FORSEPSİ 4 F UZUN ÇENE	5	ADET				
2	ÜRETRO-RENOSKOP KAVRAMA FORSEPSİ 4 F KISA ÇENE	5	ADET				
3	ÜRETRO-RENOSKOP KAVRAMA FORSEPSİ 5 F UZUN ÇENE	5	ADET				
4	ÜRETRO-RENOSKOP KAVRAMA FORSEPSİ 5 F KISA ÇENE	5	ADET				
5	ÜRETRO-RENOSKOP KAVRAMA FORSEPSİ 3 F KISA ÇENE	5	ADET				
6	ÜRETRO-RENOSKOP KAVRAMA FORSEPSİ 3 F UZUN ÇENE	5	ADET				
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İsin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.  
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR  
NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME  
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.  
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

<b>BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.</b>	<b>Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.</b>
	<b>KAŞE - İMZA</b>
	<b>BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.</b>

İletişim:  
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA  
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

## FLEXIBLE FORCEPS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Flexible Yabancı Cisim Yakalama Forsepsi

- Çift çene hareketli olmalıdır.
- Fleksible özellikte olmalıdır.
- 5 Fr çapında çalışma uzunluğu en fazla 550 mm olmalıdır.
- Toplam uzunluğu en fazla 720 mm olmalıdır.
- Teklif veren firmalar kliniğe 1'er adet numune bırakacaktır. 30 gün kullanımdan sonra karar verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Adem YÜCE  
Üroloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:78662

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Hüseyin EREN  
Üroloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:123425

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op.Dr. Hakan AK  
Dip.Tes.No:13354  
Üroloji Uzmanı

## Flexible Biyopsi Cisim Yakalama Forsepsi

- Çift çene hareketli olmalıdır.
- Fleksible özellikle olmalıdır.
- 5 Fr çapında çalışma uzunluğu en fazla 550 mm olmalıdır.
- Toplam uzunluğu en fazla 720 mm olmalıdır.
- Teklif veren firmalar kliniğe 1'er adet numune bırakacaktır. 30 gün kullanımdan sonra karar verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Adem YÜCE  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 78662

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Hüseyin EREN  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 12725

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op.Dr. Hakan AK  
Dip. Tes. No: 103354  
Üroloji Uzmanı

## Flexible Biyopsi Cisim Yakalama Forsepsi

- Çift çene hareketli olmalıdır.
- Fleksible özellikle olmalıdır.
- 4 Fr çapında çalışma uzunluğu en fazla 600 mm olmalıdır.
- Toplam uzunluğu en fazla 730 mm olmalıdır.
- Teklif veren firmalar kliniğe 1'er adet numune bırakacaktır. 30 gün kullanımdan sonra karar verilecektir.


Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr.Adem YÜCE  
Üroloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:78662



Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr.Hüseyin ERGEN  
Üroloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:78662



Manavgat Devlet Hastanesi  
Op.Dr.Hakan AK  
Üroloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:103354



## Flexible Yabancı Cisim Yakalama Forsepsi

- Çift çene hareketli olmalıdır.
- Fleksible özellikle olmalıdır.
- 4 Fr çapında çalışma uzunluğu en fazla 600 mm olmalıdır.
- Toplam uzunluğu en fazla 750 mm olmalıdır.
- Teklif veren firmalar kliniğe 1'er adet numune bırakacaktır. 30 gün kullanımdan sonra karar verilecektir.


Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Adem YÜCE  
Üroloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:78662



Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Hüseyin ERGEN  
Üroloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:73325



Manavgat Devlet Hastanesi  
Op.Dr. Hakan AK  
Dip.Tes.No:105354  
Üroloji Uzmanı



## Flexible Yabancı Cisim Yakalama Forsepsi

- Çift çene hareketli olmalıdır.
- Fleksible özellikle olmalıdır.
- 3 Fr çapında çalışma uzunluğu en fazla 600 mm olmalıdır.
- Toplam uzunluğu en fazla 750 mm olmalıdır.
- Teklif veren firmalar kliniğe 1'er adet numune bırakacaktır. 30 gün kullanımdan sonra karar verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Adem YÜCE  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 78662

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Mustafa ERGEN  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 73575

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Hakan AK  
Dip. Tes. No: 10334  
Proloji Uzmanı


## Flexible Biyopsi Cisim Yakalama Forsepsi

- Çift çene hareketli olmalıdır.
- Fleksible özellikle olmalıdır.
- 3Fr çapında çalışma uzunluğu en fazla 600 mm olmalıdır.
- Toplam uzunluğu en fazla 730 mm olmalıdır.
- Teklif veren firmalar kliniğe 1'er adet numune bırakacaktır. 30 gün kullanımdan sonra karar verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Adem YÜCE  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 78662



Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Hüseyin ERGEN  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 78625



Manavgat Devlet Hastanesi  
Uroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 103354