

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 **879**
KONU: 2 KALEM BASİT SARF MALZEME ALIMI

25.07.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **29.07.2019** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **29.07.2019** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

11-1. KALEM NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK OLUP; NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN FİYATI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM	FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTA KOL BANDI YETİŞKİN BEYAZ	10.000	ADET					
2	HOLTER CİHAZI TAŞIMA KILIFI	2	ADET					
GENEL TOPLAM								

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:
ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

HOLTER CİHAZI TAŞIMA KILIFI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Deri ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır
2. SPACELABS marka EVO model ritim holter cihazına uyumlu olmalıdır
3. Cihazı düşmesini önleyecek şekilde sıkı sarmalı ve kapaklı olmalı (kapak cırtlı ve/veya çit çitli olabilir)
4. Boyun askısı ve/veya bel kemeri olmalı
5. Pantolon kemerine takılabilecek aparatı olmalı

Fatma YEL ALAGÖZ

Holter Sor.



HASTA KOL BANDI (YETİŞKİN BEYAZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hasta kol bandı antiallerjenik dayanıklı plastik mamulden olmalıdır.
2. Hasta kol bandı rengi talebe göre beyaz ve kırmızı olmalıdır.
3. Uzun kullanımdan dolayı renginde değişiklik olmamalıdır.
4. Kol Bantlarının çıt çıt kısmı kolay kilitlenmeli, kilitlendikten sonra açılmamalıdır. Hasta koluna ayarlanacak delikler olmalıdır. Delikli kısım genişliği ise en az 1,5 cm olmalıdır. Bileklikler çocuklarda kullanılabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
5. Kol bantları yumuşak materyalden yapılmış olmalı, kenarları pütürlü olmamalı, özellikle de hassas kişilerde (yaşlı, bilinçsiz, çocuk) cilde zarar vermemeli, maserasyon ve alerjiye neden olmamalıdır.
6. Hatalı ve bozuk çıkan materyal firma tarafından değişime tabi olmalıdır.
7. Yüzeyi kir kan ilaç vb. maddeleri tutmayacak ve bozulmayacak özellikte olmalıdır.
8. 10 adet numune üzerinden değerlendirilecektir.

Szuda Gndır

T.K.Y.

h.

Manavgat Devlet Hastanesi
Özellikli Olun
Kalite Yönetimi
9/10/14