

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -881
KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

03.09.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **04.09.2020** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **04.09.2020** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

N. KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	N95 SOLUNUM MASKESİ	4.000	ADET				
2	SIVI GEÇİRMEZ TULUM	1.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

KALEM KORUYUCU MASKE DISPOSIBLE (N95 MASKE)

1. Maskeler nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici üç panelli tasarıma sahip olmalıdır.
2. Maskeler çapı 0,02 mikrona denk olan tüm ince tozlara ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.
3. Her bölümde aynı gerginliğe sahip kafa bantları sayesinde maskeler her türlü kafa yapısına uygun olmalıdır.
4. Maske kafa bantları poliiizopropen, burun mandalı alüminyum, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
5. Maske üzerinde valf olmamalıdır
6. Maske kutularının üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
7. Maskeler katı zerrecik ve su bazlı Avrupa güvenlik ve sağlık idaresi 'nin EH 40 başlıklı rehberinde tanımlanmış olan eşik sınır değerinin 50 katına kadar konsantrasyonlarda kullanılabilmelidir.
8. Maskeler depolanma sırasında kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalı ve bu paketler üzerinde maskenin resimli takma talimatı, maskenin standartı ve kategorisi bulunmalıdır.
9. Maskeler PP3 sınıfında olmalıdır.
10. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajların üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, ebadı, lot numarası, sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti olmalıdır.

İhale şartnamelerinden alınmıştır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT

Eczacı

Sic. No. 821 8764

Ek-3:

Koruyucu Tulum Teknik Şartnamesi

- A) Tulum tek kullanımlık olmalıdır.
- B) Kapşonlu olmalı ve çeneyi içine alacak şekilde boyunu kapatmalıdır.
- C) Tulum, çalışan ortamda lif döküntüsü bırakılmamalıdır.
- D) Tulumun kolu, ayak bileği, yüz çevresi ve bel bölgesi lastikli olmalıdır.
- E) Tulum, kullanıcıya optimum konfor sunmak için nefes alabilen non-women (dokunmamış kumaştan) imal edilmeli. Tulumun iç kısmı cildi tahriş etmeyen teri emici materyalden yapılmalıdır.
- F) Tulum materyali lamineli en az 56 gr/metrekaare kullanılan lamineli kumaşın MSDS belgesi ve materyal spekt formu olmalıdır.
- G) 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği (2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümlerine uygun olmalı, CE işareti ile Türkçe kullanım kılavuzu taşınmalıdır.
- H) Tulum TS EN 14126:2003 standardına uygun olmalıdır.
- İ) Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlamalıdır.
- J) Uzun süre giyilebilir ve rahat olmalıdır.
- K) Işık geçirmez olmalı.
- L) Lateks içermemeli.
- M) Vücudu kan ve diğer zararlı sıvılara karşı koruma özelliği olmalıdır.
- N) Önden fermuarlı olmalıdır.
- O) Kolay yırtılmamalı.
- P) Virüs hastalıklarından koruma amaçlı kullanılabilmelidir.

DİME Sağlık Market alımı ihalesi şartnamelerinden alınmıştır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.. Ecz 8764