

SAVİ: : 98177073 / 934.01

KONU: 7 KALEM YEDEK PARÇA VE AVADANLIK ALIMI

17.09.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **18.09.2020** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **18.09.2020** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Hasan KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU 3 LEAD	2	ADET				
2	SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI Y MUSLUK ADAPTÖRÜ	6	ADET				
3	VENTİLATÖR CİHAZI SU TUTUCU MODÜL	3	ADET				
4	VENTİLATÖR TIBBİ GAZ NAKİL HORTUMU (OKSİJEN)	2	ADET				
5	SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI SU SEVİYE ŞAMANDIRASI	1	ADET				
6	VENTİLATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA 12 V 4,5 A	4	ADET				
7	VENTİLATÖR CİHAZI DEVRE ELEMANI KOD ÇÖZÜCÜ-ENCODER	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
VENTİLATÖR CİHAZI YEDEK PARÇALARI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CAREFUSION marka, VELA model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Batarya Ni-MH den yapılmış tek grubu 12 volt 4,5 amperden (5 adet pilli), 4 adet gruptan oluşmalı, her grubun kablo ve soketi olmalıdır. Grup toplamda 48 volt 4800 mAh değer oluşturmaktadır.
3. Encoder vela cihaz ile tam uyumlu çalışmalıdır.
4. Ürünler en az 6 ay yenisi ile değiştirme garantili olacaktır.
5. Ürünler orijinal ambalajında hiç kullanılmamış, sıfır olacaktır.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
9. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
10. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
UBB'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

16.09.2020
Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğun/Bakım Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU SEVİYE ŞAMANDIRASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 5 metre uzunluğunda olmalıdır.
2. Mevcut AQUALINE marka, ALFA 140 model cihazın su deposuna uyumlu olmalıdır.
3. Elektrikli şamandıranın hem normalde açık, hem normalde kapalı ucu olmalıdır.
4. 6 ay garantili olacaktır.
5. Orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
9. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
10. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

14.09.2020
İlkay UZ
Sterilizasyon Sör.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
VENTİLATÖR CİHAZI SU TUTUCU MODÜL
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drager marka cihazda harici olarak hava hortumu üzerine bağlanacaktır. Büyük boy olacaktır.
2. Alt kısmından otomatik su tahliye edilebilmelidir. Hortuma uygun iki adet kelepçe ile birlikte verilmelidir. Oksijen hortumu hem cihaza giriş hem pedlanta giriş kısmı jaklı (ingiliz BS tipi) olacaktır. En az 2,5 metre olacaktır.
3. 1 (bir) yıl garantili olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince arıza durumunda malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
6. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura sipariş ve talep evrağında yazılı şekilde olacaktır.

10.09.2019
Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğun Bakım Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI Y MUSLUK ADAPTÖRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Musluk giriş kısmı 15-21 mm olacaktır.
2. İkili çıkışlar üzerinde açma - kapama muslukları olacaktır.
3. 6 ay garantili olacaktır.
4. Orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
7. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
8. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
9. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

10.09.2020
Semra GEDİK OĞUZ
Diyaliz Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
DEFİBRİLLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU 3 LEAD
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HEWLETT PACKARD marka, M17238 model cihaza uyumlu olacaktır.
2. Çıt çıt uçlu ve 3 LEAD olacaktır.
3. 6 ay garantili olacaktır.
4. Orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
7. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
8. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
9. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

14.09.2020
Ayşegül Tutkaç Yılmaz
Dahiliye Ser. Sor.

