

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -954  
KONU: 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM


26.11.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.  
Firmanız tarafından temini mümkün ise **30.11.2021** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;  
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **30.11.2021** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa ,  
m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

  
Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

| S.NO         | MALZEMENİN ADI          | MİKTARI | BİRİMİ | SUT KODU /<br>TEKNİK<br>ŞARTNAME | MARKA / MODEL / U.B.B<br>KODU | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|--------------|-------------------------|---------|--------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1            | SÜT SAĞIM SETİ          | 100     | ADET   |                                  |                               |             |              |
| 2            | EL DEZENFEKTANI 1 LİTRE | 100     | ADET   |                                  |                               |             |              |
| 3            | NONSTERİL ÖNLÜK         | 1.000   | ADET   |                                  |                               |             |              |
| GENEL TOPLAM |                         |         |        |                                  |                               |             |              |

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

## GENEL ÖZELLİKLER

1. Tıbbi ve Genel Sarf Malzemeleri için teknik özelliklerinde aksi yazılmamış ise genel hükümler geçerlidir.
2. Steril ambalaj içinde olan malzemeler aksi yazılmamış ise teslim tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır ancak özelliği nedeni ile 2 yıldan az miadlı üretilen malzemeler belgelendirilmesi karşılığında kabul edilecektir. Son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde yazmalıdır.
3. Teslim edilen malzemeler son kullanma tarihinden 2 (iki) ay önce haber verilmesi şartı ile uzun miyadlı malzemeler ile idarenin belirttiği süre içinde yüklenici tarafından değiştirilecektir.
4. Teklif edilen Malzemeler orijinal ambalajı içinde olmalı, Orijinal ambalajın üzerine herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır. Steril olarak teslim edilen malzemelerin orijinal etiketi yapıştırma ise ürünün sterilizasyonu ile ilgili belgeler idareye teslim edilmelidir.
5. Malzemelerin sterilite, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
6. Ürünlerde herhangi bir problem olduğu takdirde, arızalı olan lot numaralı ürünler hastanelerin isteği doğrultusunda değiştirilecektir.
7. Sarf malzemelerle birlikte cihaz teslimi isteniyorsa cihazların tamamı ilk siparişte hastanelere teslim edilecektir.
8. Teknik şartnamede istenen tüm belgeler istenildiğinde Türkçe olacak. Yabancı dilde olan belgelerde ve ithal olan ürünlerde belge istenildiğinde Noter tasdikli Türkçeye çevirilmiş olan belgeler hastanelere sunulacaktır.
9. İstekliler ve teklif ettikleri ürünler; Sağlık Bakanlığı'nın 2018/13 sayılı Genelgenin 1.15 maddesinde; "Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin **Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur.** Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi, firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kaydı aranacaktır.
10. Teklif edilen ürünler UBB üzerinden, ihtiyaç duyulursa fiziki numune üstünden değerlendirilecektir.

## NON STERİL ÖNLÜK

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Su emici özellikte olmalı ve suyu alt kata geçirmemelidir.
3. Omuzdan bantlı olmalıdır.
4. Yırtmaç olmamalıdır.
5. Dayanıklı olup, kolay yırtılmamalıdır.
6. 50 Gr. tela kumaştan imal olmalıdır.
7. Lacivert veya mavi renklerde olmalıdır.
8. Uzun kollu ve kol manşetlerinin boyu en az 8-10 cm, tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve bilekleri rahatsız etmeden kavrayabilecek sıklıkta olmalıdır ve yetişkin large boy olmalıdır.

## SÜT SAĞMA SETİ

1. Cihaz bebek emme ritmine yakın bir şekilde anne göğsünden süt sağabilen, taşınması kolay klinik tipi olmalıdır.
2. Süt sağım setini oluşturan tüm parçalar polipropilenden imal edilmiş ve bileşiminde anne sütünün özelliğini bozacak madde (Bisphenol-A) olmamalıdır. Bu özellik belgelenmelidir.
3. Satıcı firma setlerin bitimine kadar talep eden hastanelere, belirttikleri kadar cihazı ücretsiz bırakacaktır.
4. Cihazların eğitim bakım ve onarımları ücretsiz olarak yüklenici tarafından karşılanacak. Arızalanan cihazın tamir süresi 24 saati aştığı takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

5. Süt sağma seti steril ambalajlarda olmalıdır.
6. Süt sağma seti göğüs hunisi, en az 80ml. Kapasiteli biberon geriye dönüşümü ve hava almayı önleyici valf, koruyucu kapak, bağlantı sağlayan silikon hortumdan oluşmalıdır.
7. Cihazın vakum ayar düğmesi olmalıdır.
8. Cihaz sessiz çalışmalı ısınmamalıdır.
9. Set ambalajı içinde veya üstünde kullanım kılavuzu mevcut olmalıdır.
10. Talep eden hastanelerin ihtiyacı kadar cihaz bedelsiz olarak verilecektir. (Tüm cihazlar ilk ürün teslimiyle birlikte hastanelere teslim edilecektir).

### **EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) ALKOL İÇEREN 1LT**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SMT Temel İşlevi:</b>               | 1. Solüsyon, hijyenik ve cerrahi el dezenfektanı olarak kullanıma uygun olmalı, patojen mikroorganizmalara (Mikobakteriler dahil bakteriler, mantarlar ve poliovirüs dahil virüslere) karşı etkin olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b> | 2. El antiseptiği olarak %70-90 oranında n-propanol, etanol ve izopropanol'den en az ikisinin kombinasyonu veya en az %70 etanol içermelidir.<br>3. Eli yumuşatan kimyasal maddelerin vermiş olduğu zararı en aza indirgeyen gliserol maddesi vb. içermelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Teknik Özellikleri:</b>             | 4. Ürün kullanıma hazır formda olmalıdır.<br>5. Kullanıcıya toksik olmamalıdır. Sık kullanımda cilde zarar vermemelidir.<br>6. Kullanım öncesi herhangi bir katkı maddesi eklenmesine, kullanımdan sonra su ile durulamaya ve kurulamaya gerek olmamalıdır.<br>7. Manüel kullanıma uygun her kullanımda ortalama 3 ml antiseptik veren, üstten basmalı valfli dozaj pompalı veya kolay açılır kapanır kapak olmalıdır.<br>8. Ürün kokusu rahatsız edici özellikte olmamalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Genel Hükümler:</b>                 | 9. Ürünlerle beraber dozaj pompası firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.<br>10. Ürün, orijinal ambalajında kilitli kapaklı olmalıdır.<br>11. Ürünün raf ömrü 2 yıl olmalıdır.<br>12. Üzerinde solüsyonun içeriği, ürün kullanımı, son kullanma tarihi, kullanım ile ilgili açıklamalar, yanıcı ve toksik etkilerine ilişkin uyarılar bulunmalıdır. Türkçe etiketi bulunmalıdır.<br>13. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatına sahip olmalıdır.<br>14. Muayene komisyonu gerekli gördüğü takdirde ihalede teklif edilen ürünlerin içeriğini tespit etmek için yetkili laboratuvarlarda test ettirebilecektir. Söz konusu test masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.<br>15. Kullanım kılavuzları, ürün güvenlik bilgi formları Türkçe olmalıdır.<br>16. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve teknik özellikleri belirtilmelidir.<br>17. Yüklenici firma ürün tesliminde paletli teslimat yapmalıdır.<br>18. Ürünler 1LT lik ambalajlarda olmalıdır.<br>19. Ürünle beraber 15 adet şişelere uygun duvar askı aparatı gönderilmelidir. |

Sağlık Market ihalesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ihalelerinden alınmıştır.

For. Mustafa Barut

