

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -954
KONU: 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

22/09/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 23/09/2020 saat 15:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 23/09/2020 tarihinde saat 15:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Yatçın AYMAK
İdari Mali Hiz. Müd.V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ALÇI PAMUĞU 20 CM	500	ADET				
2	İDRAR TORBASİ MUSLUKLU STERİL	1.000	ADET				
3	NONSTRERİL ÖNLÜK	1.500	ADET				
4	VEN VALFİ İKİLİ	1.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

1 ALÇI PAMUĞU 20 CM

1. Eksiz olmalı, kir ve yağ lekesi bulunmamalıdır.
2. Viskon, polyester veya iki cins fiberin karışımından yapılmış olmalıdır.
3. Boyu en az 1,5 metre olmalıdır.
4. Eni 10-15 ve 20 cm. olmalı, $\pm 0,2$ cm. olabilir.
5. Alçı pamuğun rulosu uygun malzeme ile sarılmalıdır.
6. Allerji yapmamalı, yumuşak olmalı ve kaşıntı yapmamalıdır.
7. En fazla 50'li ambalajlar halinde olmalıdır.

2 İDRAR TORBASI MUSLUKLU NONSTERİL

1. İdrar torbası PVC'den imal edilmiş olup, 2 lt kapasiteli ve mililitre işaretli olmalıdır.
2. Bükülmeye karşı dirençli, 90 cm'lik şeffaf hortum ve ucunda konik bağlantı konnektörü ihtiva etmelidir.
3. İdrar torbası güçlendirilmiş askı deliklerine sahip olmalıdır.
4. İdrar torbası hortumunda, üzeri korumalı konik bağlantı konnektörü bulunmalıdır. Konnektör kolayca çıkmamalıdır.
5. İdrar torbaları en az 100 adetlik kutularda non-steril olarak teslim edilecektir.

3 NON-STERİL ÖNLÜK

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Su emici özellikte olmalı ve suyu alt kata geçirmemelidir.
3. Omuzdan bantlı olmalıdır.
4. Yırtmaç olmamalıdır.
5. Dayanıklı olup, kolay yırtılmamalıdır.
6. 50 Gr. tela kumaştan imal olmalıdır.
7. Lacivert veya mavi renklerde olmalıdır.
8. Uzun kollu ve kol manşetlerinin boyu en az 8-10 cm, tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve bilekleri rahatsız etmeden kavrayabilecek sıklıkta olmalıdır ve yetişkin large boy olmalıdır.

4 VEN VALFİ İĞNESİZ İKİLİ

1. Uzatma iki lümene sahip olmalıdır.
2. Uzatma hatlarının uçlarında iğnesiz enjeksiyon valfleri diğer ucunda döner male konektör bulunmalıdır.
3. İğnesiz enjeksiyon valfleri uzatma hatlarına güvenli ve ayrılmaz bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
4. Hortumlar kink yapmaya karşı drençli olmalıdır.
5. Diğer setlerle birleştirilmesinde sıkıntı yaratmamalı, birleşim yerlerinden ayrılmamalı, mayı sızdırmamalıdır.
6. Uzatma, serum infüzyonuna ve ilaç tedavisine uygun olmalıdır.
7. Valflerin gövdesi, iç kısmının görünmesine izin vermeli ve şeffaf olmalıdır.
8. Valf sıvının geri kaçışına izin vermeyen yapıda olmalıdır.
9. Valflerin yüzeyi silinerek dezenfekte edilebilmelidir.
10. Enjektörün valflere bağlanmasını sağlayan kapalı bir silikon yüzey olmalıdır ve yüzeyde bakteri üremesine izin verecek boşluk olmamalıdır.
11. Kullanıcı ve hastanın enfeksiyon risklerini azaltmak üzere, herhangi bir başka malzemeye ihtiyaç duyulmadan kullanılabilmelidir.
12. Uzatma hatları üzerinde açma/kapama slide klempleri bulunmalıdır.
13. Uzatma hattı ucunda bulunan döner male konektörün ilk kullanımda çıkartılmak üzere bir kapağı bulunmalıdır.
14. Tekli paketler içinde steril olmalıdır.

İkale satılmamaktadır.
Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
T.C. No: ECZ 8764