

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527-

14/08/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (1) kalem TIBBİ MALZEME (ÜRETERO-RENESKOP) ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendığınız takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Tamer YILGİT
İdari Mali Hizmetler Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 18.08.2020 - 12:00
Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ÜRETERO-RENESKOP	1	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği
NOTLAR:

-
- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
 - 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
 - 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
 - 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÜRETERO-RENOSKOP TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- görüş yönü 5-12derece olmalıdır.
- 2- distal uç çapı en fazla 7,5 fr olmalıdır.
- 3- distal uç autratavmatik olmalıdır.
- 4- çalışma uzunluğu en az 430mm olmalıdır.
- 5- merkezi kanal boyutunda en az 4,8 fr enstrümanlar bu kanal içerisinde çalışabilmelidir.
- 6- üretereneskop valfi ve conta sistemi olmalıdır.
- 7- vizör kısmı teleskop gövdesine açılı olmalıdır.
- 8- Aşağıdaki belirtilen aksesuarlar ile birlikte verilmelidir.
 - 1) GUIDE ADAPTOR 1 ADET
 - 2) SILIKON AUTOMATIC VALVE 1 ADET
 - 3) RUBBER CAP 1 ADET
 - 4) FLEXIBLE CLEANING BRUSH 1 ADET
- 9- üretereneskop üzerinde üretici fabrikanın adı, üretildiği ülke, aletin katalog numarası ve CE işareti ile paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de " stainless " ibaresi silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.
- 10- "OTOKLAV edilebilme" özelliğine sahip olmalıdır.
- 11- İstekliler teklif dosyalarında 'Ürün Takip Sistemi' nde (ÜTS) veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve / veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
- 12- İstekliler teklif ettikleri ürünün/ürünlerin 'Ürün Takip Sistemi' nde (ÜTS) veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığında onaylıdır ibaresi bulunan onaylanmış ürün numarasını (barkod numarasını) tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir.
- 13- fabrikasyon ve işçilik ve malzeme hatalarına karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 14- Teklif edilecek her bir malzemenin ilgili branş doktorundan ön yeterlilik ve uygunluk yazısı teklif mektubuyla beraber sunulması gerekmektedir.


Dr. Bedrettin ÖNGÜL
Op. Dr. Bedrettin ÖNGÜL
Dip. Tıp No: 2504


Dr. Bedrettin ÖNGÜL
Op. Dr. Bedrettin ÖNGÜL
Dip. Tıp No: 2504