

**T. C.**  
**ANTALYA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Finike İlçe Devlet Hastanesi**

Sayı : 90873527-

07/01/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (4) kalem LABORATUVAR SADP MALZEME ALIMI 4 KALEM işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Tamer YİĞİT  
Laboratuvar Teknisyeni

Satınalma tarih ve saati : 10.01.2020 - 12:00

Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi

Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

**İhtiyaç Listesi**

| Sıra No | Malın / İşin Adı       | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Tutar |
|---------|------------------------|--------|-------|-------------|-------|
| 1       | LANSET                 | 30.000 | ADET  |             |       |
| 2       | VDRL KART TESTİ        | 500    | TEST  |             |       |
| 3       | GAİTADA GİZLİ KAN KİTİ | 500    | TEST  |             |       |
| 4       | KAN TORBASİ TEKLİ      | 20     | ADET  |             |       |

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

### Lanset Teknik Şartnamesi

- 1- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- En az 200 adetlik kutularda ve steril tekli ambalajda olmalıdır.
- 3- Uçları keskin olmalı kırık veya çatlak olmamalıdır.
- 4- Uçlarında pütük, çatlak olmamalıdır
- 5- Miadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- 6- Üretim veya son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
- 7- Kullanım esnasında eğilme-bükülme olmamalıdır.

### VDRL Kart Test ve Gaitada Gizli Kan Kiti Teknik Şartnamesi

- 1- Tüm kitler üretici firmaya ait orijinal etiket taşınmalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
- 2- Teklif veren firmalar tekliflerinde ambalaj miktarını ve üretici firma ismini bildireceklerdir.
- 3- Test kaset test olup immunokromatografik eliza yöntemiyle çalışmalıdır.
- 4- Numunelerin hazırlanması esnasında süzme, filtrasyon ve santrüfuj işlemlerine gereksinim olmamalıdır.
- 5- Testin çalışması için gerekli tüm materyaller ile orijinal pozitif-negatif kontrol numuneleri ambalajın içinde bulunmalıdır ya da aynı markalı kontroller laboratuvarın istediği miktarda verilmelidir.
- 6- Test çalışması ve sonuçların değerlendirilmesi 5-20 dakikada içinde gerçekleşmelidir.
- 7- Kitlerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır. Kitler son kullanma tarihinden 3 ay öncesinden firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilecektir.

### Tekli Kan Torbası Teknik Şartnamesi

- 1- Anti-koagulan olarak CPDA-1 içermelidir.
- 2- İğne 16G ve cidarı ultra ince olmalı, muhafaza üzerinde damar giriş yönünü belirtir işaret olmalıdır.
- 3- Kan alma hortumu 100 +/- 10 cm. uzunluğunda, iç çapı 3.1 mm ve dış çapı 4.2 mm. olmalıdır.
- 4- PVC torbanın hacmi en az 450 ml. kan alacak şekilde olmalı, torba kenarında tüp takılacak askı yerleri olmalı, torba içindeki çözeltinin ve kanın çıplak gözle kontrolüne mani olmayacak saydamlıkta olmalıdır.

Ec2. Alper YILDIRIM

Uz. Dr. A. Sezgin TEKINTÜRK  
Tıbbi Biyokimya Uzmanı  
Dip. Tes. No: 35876