

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527-

25/11/2019

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

-
Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (2) kalem STERİLİZASYON ÜNİTESİ MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Satınalma tarih ve saati : 27.11.2019 - 14:00
Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında


FINIKE DEVLET HASTANESİ
Tamer YİĞİT
Bölük Birimi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	HİDROJEN PEROKSİT OTOKLAV CİHAZI GAZ KASETİ %58-150 ML	15	ADET		
2	EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANİ ENZİMATİK KONSANTRE SIVI 5 LT	100	LİTRE		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

-
- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
 - 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
 - 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
 - 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

SIVI ENZİMATİK TEMİZLEYİCİ (KONSANTRE) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Ürün konsantre olup, en çok 10 litrelik orijinal ambalajında sıvı formda manuel, otomatik endoskopi makinası ve ultrasonik yıkama makinelerine uygun olmalı, aldehit ve fenol içermemelidir.
2. Ürün her türlü cerrahi aletler, diş hekimliği aletleri, mikro cerrahi aletleri, endoskoplarda kullanım için uygun olmalıdır. Özel kaplanmış metaller, alimünyum, plastik ve fiberoptiklere zarar vermemelidir.
3. Konsantre üründen hazırlanan solüsyona atılan cerrahi aletleri fırçalama gerektirmeden kan ve protein artıklarından kolayca temizlemelidir.
4. Ürün bileşeninde proteaz, lipaz ve amilaz enzimleri bulunmalıdır.
5. Ürün 5 dakikada bakterisidal, fungusidal ve virüsidal etkinliğe sahip olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair TC Sağlık bakanlığı tarafından kabul edilen akretide laboratuvarlarda yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını teklifle birlikte sunmalıdır.
6. Ürün en fazla 5 dakikada temizlik yapabilmelidir.
7. Ürün şebeke suyu ile oda ısısında hazırlanabilmeli ve etkili olmalıdır.
8. İrrite edici koku ve tahriş edici etkisi en az olmalı, köpük veya bulanıklık oluşturmamalı ve kolayca durulanmalıdır.
9. Ürünün raf ömrü en az iki yıl olmalıdır. Bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici firma tarafından yeni tarihli ürün ile en geç 15 gün içinde değiştirilmelidir.
10. Orijinal ambalaja uyumlu, ambalaj sayısında dozaj pompası verilmelidir.
11. Ürün ambalajı üzerinde Türkçe etiket olmalı ve etiket üzerinde üretim yeri, seri no, üretim ve son kullanma tarihi, Türkçe kullanma talimatı olmalıdır.
12. Firma solüsyon kullanımı için gerekli (5 adet 5 litrelik) kilitli kapaklı süzgeçli, orijinal satın alınan ürünün üretici firmasına ait küvetleri temin etmelidir.
13. Ürünün CE belgesi kapsamında Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
14. Firma ihale dosyasına ürünün orijinal katologunu koymalıdır.

Teklif veren firmalar, enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği sayıda numuneyi ihale öncesinde (ürüne bağlı problemlerin görülebilmesine olanak tanıyacak süreyi kapsayacak kadar) teslim edecektir. Numuneler enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü ünitelerde kullanılacaktır. Kullanan sağlık personelinin ürün hakkındaki görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi veya hekimi tarafından yazılı

FINIKI DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Bedri SENGÜLER
Genel Cerrahi Uzmanı
Tic. Sic. No: 71684

FINIKI DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Ayhan İMAMOĞLU
Anesteziyoloji Uzmanı
Tic. Sic. No: 71684

FINIKI DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Kenan YIGİT
Genel Cerrahi Uzmanı
Tic. Sic. No: 155162

HİDROJEN PEROKSİT KASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kartuş Eryiğit marka hidrojen peroksit cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Hidrojen peroksit kaset / kartuşun raf ömrü en az 11 ay olmalıdır.
3. Kartuş üzerinde, İmalat tarihi, seri numarası okunaklı olarak yazmalıdır.
4. 1 adet kartuş ile en az 4 adet sterilizasyon işlemi gerçekleştirilebilmelidir.
5. Kartuş en az % 58 lik hidrojen peroksit içermelidir.
6. Kartuşun TİTUBB/ÜTS Kaydı olmalıdır.
7. Üreticisinden tedarik edilen ürünlerle ilgili olarak UBB bayi nosu olmalı ve teklifte sunulmalıdır.
8. Teklif verilen ürünle ilgili olarak, hidrojen peroksit cihaz üreticisinden uygunluk alınmalı ve teklifte sunulmalıdır.
9. Kartuşa bağlı olarak cihazda meydana gelen arılarda yüklenici firma sorumludur. Her türlü masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.



FINİKE DEVLET HASTA
Op. Dr. Kenan BİGİT
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 155162



FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Serkan BAŞ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 133380/111489