

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527-

02/12/2019

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (1) kalem TIBBİ MALZEME ALIMI-YIKAMA ENDİKATÖRÜ işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

FİNİKE DEVLET HASTANESİ
Tamer YIGIT
İdari ve Mali Hizmetler Md.

Satınalma tarih ve saati : 04.12.2019 - 13:00
Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ	1.300	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilecektir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

YIKAMA MAKİNESİ PERFORMANS ETKİNLİK TESTİ WSS155

1. Ürün yıkama dezenfeksiyon cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ön hazırlık testi ile hemen sonuç alınabilmelidir.
3. Ürün transparan görsel sonuç gösterebilmeli, gözlemsel değerlendirmeyi sağlayabilmelidir.
4. Ürün EN 15883/1 ve EN15883/5 te tanımladığı şekilde pıhtılaşmış kanla benzerlik göstermelidir.
5. Üretici firma DIN-EN ISO 9001 ve 13485 sertifikasına sahip olmalıdır.
6. Ebatları 3x7 cm olmalıdır.
7. Sepet içerisine kolayca yerleştirmeye yardımcı olacak özel aparatı olmalıdır.
8. İndikatörlü şerit, tek kullanımlık ve dökümantasyona uygun olmalı, kayıt takip formuna takılabilmelidir
9. İndikatör polimer veya tyvek kağıttan imal edilmiş olmalıdır
10. Referans göstergesi olmalıdır.
11. Test sonucunu yorumlamak için indikatörlerle birlikte okuma panosu verilecektir.
12. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.
13. Üretici firma satış sonrası üründen kaynaklanan bir sorun halinde ürünü değiştireceğini yazılı olarak bildirmelidir.

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Canan YILMAZ
Ameliyathane Sorumlusu
Hemşiresi

[Signature]

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Berkant TAŞ
Üroloji Uzmanı
Dip.No: 153309 - 111489
FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. ...
Üroloji Uzmanı
Dip.No: 153309 - 111489

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Bedri SENGÜL EP
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 7...