

**T. C.**  
**ANTALYA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Finike İlçe Devlet Hastanesi**

Sayı : 90873527-

04/01/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (4) kalem LABORATUVAR MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Tamer YIĞIT  
İdari Mali Hizmetler Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 06.01.2021 - 13:00

Teklif Başvuru Yeri :

Teslimat Yeri :

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	EMB HAZIR BESİYERİ	1.000	ADET		
2	KOYUN KANLI HAZIR BESİYERİ	1.000	ADET		
3	MÜLLER BESİYERİ	200	ADET		
4	ESBL (ANTİBİYOGRAM DİSKİ)	5	KARTUŞ		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

### Toz Besiyerleri Teknik Şartnamesi

- Dehidrate toz agar besiyerleri orijinal ambalajında, kapaklı, daha önce ambalajın açılmadığını gösterir kapatıcı folyo veya muhafaza halkası içeren 500 gr'lık ambalajlarda olacaktır.
- Ambalajı üzerindeki orijinal etikette firma adı, formülü, lot numarası, son kullanma tarihi, ve saklama koşulları belirtilmiş olacaktır.
- Ürünler uluslararası kalite kontrol belgelerinden birine sahip olmalıdır.
- Ambalajı üzerindeki orijinal etikette besiyerinin hazırlanış formülü, yapılış prosedürü ve otoklavlanma özelliği yazılı olacaktır.
- Toz besiyeri distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında partikül oluşmamalıdır.
- Besiyerlerinin hazırlama aşamasında gerekliliği yazılı ek kimyasal madde/ maddeler yüklenici tarafından temin edecektir.
- Ambalajı darbe görmüş ve sızıntı yapmış dehidrate toz agar besiyerleri alınmayacaktır.
- Besiyerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az 2 yıl süreli olacaktır.
- Teklif edilen ürünler ile ilgili ihale esnasında numune getirilecektir. Numune uygunluğu değerlendirilecektir.
- Saboraud Dekstroz, Üre ve VRE Besiyerlerine ilave edilecek gerekli suplementler yeterli miktarda olmak üzere besiyeri ile birlikte verilecektir.

### Hazır Besi Yerleri Teknik Şartnamesi

- Tüm besiyerleri, standart olduklarını belgelemek amacıyla rastgele bir sırayla kantitatif kalite kontrol suşlarıyla standardizasyona tabi tutulacak ve bu muayene sonucu kabul edilebilir sınırlarda çıkarsa laboratuvar sorumlusu tarafından kabul edilerek onaylanacaktır. Besiyerlerinin kalite kontrolünü test etmek üzere besiyerlerini temin eden firmalar laboratuvarın uygun gördüğü kantitatif kalite kontrol suşlarını ihaleden sonra 4 iş günü içinde karar verme aşamasında laboratuvara teslim edeceklerdir. Bu suşları numunelerle birlikte teslim etmeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.
- Besiyerleri buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu engelleyecek şekilde naylon, ağzı yapışkanlı poşetler ile ambalajlanmış olacaktır.
- Besiyerleri, nem ve ışıktan etkilenmemesi için, karton saklama kabında en fazla 20'lik orijinal ambalajda olmalıdır.
- Her ambalaj üzerindeki orijinal etikette üretici firma, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, ürün adı yer alacaktır.
- Besiyerleri kontrol suşları ile denenmiş olacaktır. Orijinal ambalajında kullanılan suşlar belirtilecektir.
- Sterilite ve performans kontrolleri yapılmış olacaktır.
- Besiyeri paketleri üzerinde besiyerinin adı, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazmalıdır.
- Firma, laboratuvar tarafından herhangi bir aşamada yapılacak olan kalite kontrol çalışmalarında (sterilite ve performans) uygun nitelikte bulunmayan tüm besiyerlerini değiştirecektir.
- Kontaminasyon görülen besiyerleri üretici firma tarafından ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
- Besiyerleri sterilite kontrolünde 37 °C'de boş olarak 2 gün inkübe edildiğinde üreme olmayacaktır.
- Malzeme teslimatı laboratuvarın belirleyeceği takvim ve miktarlara uygun olarak partiler halinde yapılacaktır.
- Besiyeri transferindeki soğuk zincir yüklenici tarafından belirtilecek ve birimden uygunluk alınacaktır. Soğuk taşıma işlemi, ilgili birime teslim anına kadar devam ettirilecektir.
- Besiyerlerinin miadları teslim tarihinden itibaren en az 1,5 ay olmalı ve hastanenin talebi doğrultusunda parti parti teslim edecektir,
- Besiyeri petripleri üzerinde besiyerinin adı, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazmalıdır.
- Üretici firma tarafından besiyeri üretimindeki her lot numarası için kalite kontrol sertifikası bulunmalı ve lot numarası ile istenildiğinde internetten MSDS(Material Safety Data Sheet) sertifikalarına ulaşılabilmelidir.
- Besiyerleri 90 mm'lik petriplerde 4 mm kalınlığında kullanıma hazır olmalıdır.

### Antibiyotik Diskleri Teknik Şartnamesi

- Diskleri içeren flakon veya kartuş orijinal etiketi üzerinde maddenin adı ve amblemi, üretici firma adı ve lot numarası, son kullanma tarihi, saklama koşulu yazılı olacaktır.
- Her disk üzerinde iki yönlü olarak orijinal amblemi yazılı olacaktır.
- Diskler ıslak petri yüzeyinden etkilenmeyecektir.
- Diskler rutubete karşı önleyici ambalajlarda olacaktır.
- Diskler EUCAST tarafından tanımlanan standartlara uygun olmalı ve laboratuvarda yapılacak kalite kontrol çalışmalarında beklenen performansı sağlamalıdır.

FINIKE DEVLET HASTANESİ  
Ecz. Alper YILDIRIM  
Eczacı  
Sicil No: Ecz 6784

*Alper Yildirim*

- Disk taşıyıcılığında soğuk taşıma zincirine uyulmalıdır. Taşıma işlemi birime teslim anına kadar devam ettirilmelidir.
- Firma, laboratuvar tarafından herhangi bir aşamada yapılacak olan kalite kontrol çalışmalarında (sterilite ve performans) uygun nitelikte bulunmayan tüm besiyerlerini değiştirecektir.
- Diskler -20°C'de saklanmaya uygun olmalı ve bu durum ambalajlarda belirtilmelidir.
- Bakteri tanımlama diskleri en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
- Kitler 9.Ocak.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliğine uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olmalı; bu durum ihale dosyasında belgelendirilmelidir. Üretici aynı zamanda EN ISO 13485 standardına sahip olmalıdır.
- Disk içerikleri etken madde içermeli, ATCC numarası belli olan suş ile test edildiğini gösterir kalite sertifikası bulunmalı ve lot numarası ile orijinal kataloğu bulunmalıdır.

~~İNİKE DEVLET HASTANESİ~~  
~~Ecz. ALPER YILDIRIM~~  
~~Eczacı~~  
~~Sicil No: Ecz 6784~~

*Alper Yıldırım*  
*Alper Yıldırım*