

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527-

18/09/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (1) kalem MEDİKAL KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Tamer YİĞİT
İdari Mali Hizmetler Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 22.09.2020 - 10:00
Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ULTRASONOĞRAFİ KAĞIDI STANDART SİYAH-BEYAZ 110 MM * 20 METRE (TERMAL PRİNER KAĞIDI)	200	RULO		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Toshiba Aplio 300 Ultrason Cihazı Termal Printer Kağıdı Teknik Şartnamesi

1. Hastanemizde mevcut Toshiba Aplio 300 Ultrason cihazı üzerinde mevcut Mitsubishi P95 model printer cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Printer kağıdı 110 mm çapında ve 20 m uzunluğunda, termal özellikte ve rulo şeklinde olmalıdır.
3. Printer kağıdı sentetik elyaf üzerine entegre ısıya hassas özelliklere sahip olmalı ve en az 256 gri skala ayrımı yapabilir olmalıdır.
4. Printer kağıdı çok hassas olan kayıt başlığına zarar vermemelidir. Yetkili bakım firmasının kağıttan kaynaklandığını tespit ettiği arızalardan yüklenici firma sorumludur.
5. Printer kağıdı orjinal ambalajında, ambalaj üzerinde ürün bilgisi, son kullanım tarihi ve Lot numarası olmalıdır.
6. Son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
7. Printer kağıdı yüksek dansite ve kalitede olmalıdır.
8. -5/+30 dereceye dayanıklı olmalıdır.
9. Printer kağıdı CE belgeli olmalıdır.
10. Yüklenici firma teslim edilen malzemelerle ilgili üretimden veya transporttan kaynaklanan herhangi bir sorun karşısında ürünü değiştirmek veya arızayı gidermek için taahhütname vermelidir.
11. Tüketilmeyen ürünler miadının dolmasından 4 ay önce yüklenici firma tarafından değiştirilmelidir.

Cemil ERCEDEĞAN

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Ahmet Mesin GENÇ
Radyoloji Teknikeri

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 127463 / Uzm. Tes. No: 42066