

**T. C.**  
**ANTALYA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Finike İlçe Devlet Hastanesi**

Sayı : 90873527-

18/11/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (3) kalem TIBBİ MALZEME ALIMI (N95-TULUM-ÖNLÜK) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Tamer YİĞİT  
İdari Mali Hizmetler Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 23.11.2020 - 10:00  
Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi  
Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi  
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	BOX GÖMLEĞİ - NON STERİL ÖNLÜK	4.000	ADET		
2	YIKANABİLİR TULUM ÇEŞİTLİ BOYLARDA	300	ADET		
3	MASKE N 95	4.500	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Ek-2:**

**FFP2 (N95) / FFP3 Maske Teknik Şartnamesi**

- A) Maskeler TS EN 149+A1 (EN 149:2001+A1:2009) standardına veya muadili olan diğer standartlara (NIOSH 42 CFR part 84 vb.) uygun olmalıdır.
- B) Koruma seviyesi FFP2/FFP3 veya muadili (N95/N99 vb.) olmalıdır.
- C) Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı,
- D) Maskelerin başa uygunluk bantları poliizopren, burun mandalı alüminyum, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
- E) Latex içermemelidir.
- F) Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.
- G) Maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.
- H) Kutuların üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
- İ) TS EN 149+A1 standardına uygun ürün sunulduğu durumda ürünün, 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği (2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümlerine uygun olması ile CE belgesine sahip olması ve ürünler üzerinde CE işaretinin bulunması (Anılan Yönetmeliğe göre onaylanmış kuruluşça düzenlenmiş AB Tip İnceleme Belgesi ve test raporları sunulacaktır.) veya Türk Standartları Enstitüsünden alınacak ve ürünlerin TS EN 149+A1 standardına uygun olduğuna ilişkin güncel Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin bulunması gerekmektedir. Diğer standartlara uygun ürün sunulacak ise ürüne ait mümkün olduğunca yakın tarihli test raporları ve ürünün güvenli olduğunu kanıtlayan diğer belgeler sunulacaktır.
- J) Ürün ambalajında ürün ile birlikte Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

FINİKE DEVLET HASTANESİ  
Dr. Serkan ÇİT  
Acil Servis Hekimi  
Dip. Tes. No: 133778

FINİKE DEVLET HASTANESİ  
İSA UÇAL  
Sağlık Memuru  
Eczane Birimi

**Ek-4:**

**Sıvı Geçirmez Kişisel Koruyucu Önlük Teknik Şartnamesi**

- A) Önlüklerde kullanılan malzeme medikal özellikte malzemedan (non-woven) olmalıdır.
- B) Önlüklerin kumaşı, non-woven SMS materyali kumaş olmalıdır. (en az 35 gr/m<sup>2</sup> SMS materyali)
- C) Önlükler UNISEX beden olmalıdır, en az Large (L) beden olmalıdır.
- D) Önlükler tek tek ağız kapalı paketlerde olmalı
- E) Önlük boyundan diz altına kadar standart beden olmalıdır.
- F) Önlük arkadan bağcıklı ya da yapıştırılmalı olmalı ve bedenin arka tarafı kontaminasyonu önlemek amacıyla boşluk bırakmayarak üst üste gelecek şekilde örtünmeye uygun olmalıdır.
- G) Önlüğün kolları uzun, kol bilek kısımları lastikli olmalı bu sayede eldivenle arasında boşluk oluşmasına engel olmalıdır.
- H) Önlüğün dikişleri ve yapıştırırmaları/bağcıkları beden hareketlerinden açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
- İ) Sıvı geçirmez ve aynı zamanda sıvı itici özelliğine sahip hava geçirgen olmalıdır.
- J) Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
- K) Önlük hareket kabiliyetini kısıtlamamalıdır.

FINIKE DEVLET HASTANESİ  
Dr. Serkan UÇKUT  
Acil Servis Uzmanı  
Dip. Tel. No: 123778

FINIKE DEVLET HASTANESİ  
İSA UÇAL  
Sağlık Memuru  
Eczane Birimi