

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527- 202

14/01/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (10) kalem ALLERJİ TESTİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Tamer YİĞİT
Laboratuvar Teknisyeni

Satınalma tarih ve saati : 16.01.2020 - 12:00
Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ALLERJİ POZİTİF TESTİ 2 ML	5	ŞİŞE		
2	ALLERJİ TESTİ ZEYTİN AĞACI	5	ŞİŞE		
3	ALLERJİ TESTİ LATEX	5	ŞİŞE		
4	ALLERJİ TESTİ MANTAR	5	ŞİŞE		
5	ALLERJİ TESTİ ÇİMEN MİX	5	ŞİŞE		
6	ALLERJİ TESTİ KEDİ EPİTELI	5	ŞİŞE		
7	ALLERJİ TESTİ TÜM YUMURTA	5	ŞİŞE		
8	ALLERJİ TESTİ DOMATES	5	ŞİŞE		
9	ALLERJİ TESTİ YABANI OT MİX	5	ŞİŞE		
10	ALLERJİ TESTİ EV TOZU MİX	5	ŞİŞE		

EK: Teknik şartname

ALLERJİ DERİ TESTİ – SOLUPRİCK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her bir allerjen 2ml'lik şişelerde bulunur.
2. Her bir allerjen çeşidinden 50 –80 test yapılmaktadır.
3. (2-8) ° C 'de saklanmalıdır. Üretimden itibaren 1 yıl miadlıdır.
4. Her şişenin ürün kodu ve ismi, dozajı, son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazmaktadır.
5. Standardize allerjenler 100 BU/ml olmalı ve her allerjenin major allerjen konsantrasyonu mg/ ml bilinmelidir.
6. Küf Mantarları , Gıda antijenleri, tekstil, tüy, epitel ve bir kısım polen antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetindedir.
7. Arı prick solüsyonları Apis Mellifera ve Vespula Spp. Olarak 2 ml'lik şişelerde 10 µg/ml, 100 µg/ml, 300 µg/ml, halinde 3 farklı konsantrasyonda hazırlanmış olmalıdır.
8. Referans olarak, Histamine hydrochloride'in uygun konsantrasyonunun % 50 glycerol ve % 50 coca solüsyonu içindeki steril solüsyonudur.
9. Positive Kontrol olarak, Histamine hydrochloride'in kuvveti 10 mg/ml 'dir.
10. Prick test antijenleri ile aynı metotlarda standardize edilmiş aşılar mevcuttur.
11. Sağlık Bakanlığında alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. İsmail GANI
Söğüt Hast. Vd. Uzm. Uzmanı
Dip. Tes. No: 63343 - 50633

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Hüseyin ÇETİN
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No: 59246

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Seyma YILMAZ
Doktor Zührevi Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tescil No 108173