

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527-

23/09/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (3) kalem TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (MASKE-N 95-NEM FİLTRESİ) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Taner MİĞİT
İdari Mal Hizmetler Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 02.10.2020 - 10:00
Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	MASKE LASTİKLİ 3 KATLI	20.000	ADET		
2	MASKE N 95	2.000	ADET		
3	BAKTERİ NEM FİLTRESİ	400	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Devlet Hastanesi Baştabibliği 07740 ANTALYA

Telefon: 02428551189 Dahili:2045 Faks: 02428553524 V.D.Finike V.No:3880560869 e-posta: antalyadhs5@saglik.gov.tr. Elektronik ağ: www.finikedh.gov.tr

1.KALEM MASKE LASTİKLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Maske anwoven sponbond materyalden yapılmış olmalı, alerji yapmamalı, kokusuz olmalıdır,
2. Maskenin burun üzerine gelen kenarında tel destek bulunmalıdır,
3. Kolay tüylenmemelidir,
4. Maskede en az 3 adet pile bulunmalıdır,
5. Tüm dikişler ultrasonik olmalı, iplik dikişi olmamalıdır,
6. Maske üç katlı olmalıdır. Biyelerin sağlam kopmayacak ve lastikli olmalıdır,
7. Biye uzunlukları eşit olmalı, uzunluğu en az 45 cm olmalıdır,
- 8.Orijinal kutularda, en fazla 100 adetlik ambalajlarda bulunmalıdır

2.KALEM KORUYUCU MASKE DISPOSİBLE(TÜBERKÜLOZ MASKESİ-N 95)TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-Maskeler nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici üç panelli tasarıma sahip olmalıdır.
- 2-Maskeler çapı 0,02 mikrona denk olan tüm ince tozlara ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.
- 3-Her bölümde aynı gerginliğe sahip kafa bantları sayesinde maskeler her türlü kafa yapısına uygun olmalıdır.
- 4-Maske kafa bantları poliizopropen ,burun mandalı alüminyum ,filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
- 5-Maske üzerinde valf olmamalıdır
- 6-Maske kutularının üzerinde saklama sıcaklığı,nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
- 7-Maskeler katı zerrecik ve su bazlı Avrupa güvenlik ve sağlık idaresi 'nin EH 40 başlıklı rehberinde tanımlanmış olan eşik sınır değerinin 50 katına kadar konsantrasyonlarda kullanılabilir.
- 8-Maskeler depolanma sırasında kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalı ve bu paketler üzerinde maskenin resimli takma talimatı,maskenin standartı ve kategorisi bulunmalıdır.
- 9-Maskeler EN 149:2001 standartlarına uygun ve PP3 sınıfında olmalıdır.
- 10-Maskeler Avrupa Topluluğu direktifi 89/686 :EEC (PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.
- 11-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajların üzerinde sterilizasyon tarihi ,son kullanma tarihi, ebadı,lot numarası ,sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış UBB kodu belirtilmelidir."

3.KALEM BAKTERİ VE NEM FİLTRESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Ürün mekanik ventilasyon tedavisi gören veya inhalasyon anestezisi altındaki hastalarda bakteriyal – viral filtrasyon ve ısıtma – nemlendirme amaçlı olarak kullanılmalıdır.
2. Filtre Hepa sınıf 13 performansına sahip olmalıdır.
3. Filtrenin filtrasyon etkinliği en az VT=%99.99999+ olmalıdır.
4. Filtrenin nemlendirme kapasitesi en az VT=500 ml iken, 26mg h₂O/L olmalıdır.
5. Filtrenin ölü boşluğu 80 ml den fazla olmamalıdır.
6. Filtre 40 gr dan hafif olmalıdır.
7. Filtre üzerinde örnekleme portu bulunmalıdır.
8. Filtre steril olmalıdır.
9. Ürün sağlık bakanlığı onaylı ve ubb kaydı bulunmalıdır.
10. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
11. 24 saat sürekli kullanılabilir özellikte olmalıdır.
12. Ürün latex içermemelidir

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Gökhan ÇETİNER
Dip.No: 123017

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Hakan ÇAKAN
Dip. Tel. No: 118586
Enf. Hast. ve Kli. Mikro. Uzm.

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Dr. Serkan YİĞİT
Acil Servis Hekimi
Dip. Tes. No: 133778