

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527-

15/01/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (2) kalem DEZENFEKTAN ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Tamer YILGİT
Laboratuvar Teknisyeni

Satınalma tarih ve saati : 21.01.2020 - 10:00
Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTAN] ALDEHİTSİZ MENDİL (BÜYÜK PAKET)	10	ADET		
2	EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTAN] ALDEHİTSİZ MENDİL (KÜÇÜK PAKET)	40	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

-
- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
 - 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
 - 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
 - 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

SOLÜSYON EMDİRİLMİŞ EL ALETİ VE TIBBİ CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık solüsyon emdirilmiş bez olmalıdır.
2. Ürün aktif maddesi N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (Diamine) olmalıdır.
3. Ürün Alkol, Perasetik Asit, Klor ve Kuarternier Amonyum bileşikler ya da türevlerini içermemelidir.
4. Ürün Amin yada türevlerini içermelidir.
5. Ürün, el aleti ve tıbbi cihaz yüzey dezenfektanı olarak kullanılabilir.
6. Dezenfektan bezi, viskos ve polyester karışımından oluşmalıdır.
7. Büyük pakette 20 adet (43 x 30 cm), Küçük pakette 25 adet (20 x 30 cm) olmalıdır.
8. Yeterli büyüklükte alanın silinebilmesi için, 1 adet tek kullanımlık (20 x 30 cm) bezin alanı 600 cm² olmalıdır ve 1 adet bez yaklaşık 2 m² lik el aleti ve tıbbi cihaz yüzeyini dezenfekte edilebilir.
9. Yeterli büyüklükte alanın silinebilmesi için, 1 adet tek kullanımlık (43 x 30 cm) bezin alanı 1290 cm² olmalıdır ve 1 adet bez yaklaşık 4 m² lik el aleti ve tıbbi cihaz yüzeyini dezenfekte edilebilir.
10. EN13624-2013 e göre fungusid, EN 13697-2001 e göre fungusid ve bakterisid, 14349-2007 e göre bakterisid, EN 1656:2009 e göre bakterisid, EN 14348:2005 e göre bakterisid (Tüberküloz), EN13727 e göre bakterisid, DVV/RKI 01.12.2014 e göre (zarflı virüs), DVV/RKI 01.12.2014 e göre (HIV, HBV, HCV, H5N1, H1N1, FILOVİRÜS (EBOLA VİRÜS DAHİL)) olmalıdır.
11. Avrupa Birliği normlarına ürünün etkinliğini destekleyen çalışmalar ve analiz sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
12. Ürün Sağlık Bakanlığı onaylı ve Biyosidal ruhsatlı olmalıdır.
13. Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen mikroorganizmaları içerisine alan biyosidal ruhsat verilmiş olmalıdır.
 - Staphylococcus aureus (MRSA)
 - Pseudomonas aeruginosa
 - Escherichia coli
 - Enterococcus hirae
 - Candida albicans
 - Aspergillus brasiliensis
 - Polio virüs Type 1
 - Adenovirüs Type 5
 - Murine norovirüs
14. Avrupa Birliği normlarına göre yapılmış çalışmalar neticesinde belirlenen aşağıdaki hastalık durumlarının dezenfeksiyonunda destek sağlamalıdır.
 - Staphylococcus aureus (MRSA)
 - Pseudomonas aeruginosa
 - Escherichia coli
 - Enterococcus hirae
 - Candida albicans
 - Aspergillus brasiliensis
 - Acinetobacter Baumannii
 - Klebsiella Pneumoniae
 - Candida non albicans
 - Enterococcus (VRE)
 - Polio virüs Type 1
 - Adenovirüs Type 5

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Mustafa BİLDİLER
Başhekim

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Fotma UÇAL
Eğitici Hemşiresi

FINİKE DEVLET HASTANESİ
112m.Dr. İzzet AKAR
Başhekim Yardımcısı

- Murine norovirüs
 - Hepatit B Hepatit C
 - HIV, Ebola
 - Kuşgribi (H5N1)
 - Domuz gribi (H1N1)
 - Tüberküloz
15. Her ambalaj üzerinde kullanım şekli ve son kullanma tarihi kayıtlı olmalıdır.
16. Ürün küvez ve ultrasonik problarda kullanıma uygun olmalıdır. Bunlarla ilgili belge veya dezenfektan bezini üreten firmanın beyanı ihale dosyasına konulmalıdır.
17. Spesifik bir Antidodu olmamalıdır, renksiz ve kokusuz olmalı ve raf ömrü 2 yıl olmalıdır.
18. Ürün tesliminden itibaren en az 18 ay miadı olmalıdır.
19. Açıldıktan sonra 1 ay içerisinde tüketilmelidir.
20. Ürün kolay kullanılması için paket içerisinde üstten açılan kapak ile kullanılabilen formda olmalıdır.
21. Ürünün kendine özgü duvara sabitlenen bir aparatı olmalıdır.
22. Aşağıda belirtilen malzemelere/maddelere karşı uyumlu olmalıdır.
- Metal
 - Paslanmaz çelik (V2A)
 - Alüminyum
 - Bakır
 - Sarı metal
 - Plastik
 - Poliimid
 - Polietilen
 - Polipropilin
 - Polistiren
 - PVC
 - Akril-butan-stirolen
 - Silikon
 - Kauçuk
 - Lateks
 - Makrolon
 - Akrilik cam
 - Teflon
 - Vivak clear 099

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Fatma UÇAL
Enfeksiyon Hemşiresi

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Uzm.Dr. Ümit YAKARIN
Enf.Hast.ve Kl.Mic.Uzm.

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op.Dr.Mustafa BİLDİLER
Başhekim Yardımcısı