

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527-

02/12/2019

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (1) kalem VÜCUT ANALİZ CİHAZI ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Tamer YILMAZ
İdari ve Mali Hizmetler Md.

Satınalma tarih ve saati : 04.12.2019 - 13:00

Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi

Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	SEGMENTAL VÜCUT ANALİZ ÖLÇÜM CİHAZI	1	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

SEGMANTEL VÜCUT ANALİZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cihazın FDA onayı olmalıdır.
- 2.Cihazın Medikal sertifikası olmalıdır.
- 3.Cihaz, toplam vücut ağırlığını, vücut kitle endeksini, bazal metabolizma hızını, toplam vücut yağ kütlesini, kas kütlesini, fitness puanını, mineral ağırlığı ve toplam vücut sıvısını verebilmeli ve range değerleri ile kıyaslayabilmelidir.
- 4.Cihaz iskelet kasını verebilmelidir.
- 5.Cihaz yağ kütlesini % ve kg olarak verebilmelidir.
- 6.Analiz metodu tetra polar bio elektrik empedans analizi olmalıdır.
- 7.Cihaz 20 kHz ve 100 kHz elektrik akımını 5 ayrı vücut bölgesine gönderebilmelidir. Cihaz tüm vücudu sağ-sol kol, sağ-sol bacak ve gövde şeklinde (5 ayrı bölge) bölgesel olarak ve toplam vücut olarak analiz edebilir ve beş ayrı bölge için yağ oranı, kas oranı değerlerini verebilmelidir.
- 8.Cihaz 1 dakika içerisinde ölçümü tamamlamalıdır.
- 9.Cihaz 5-250 kg arası ölçüm yapabilmelidir.
- 10.Cihaz 3-99 yaş aralığında ölçüm yapabilmelidir.
- 11.Cihaz verilerini bluetooth aracılığı ile pc ye aktarabilmelidir.
- 12.Software programı Türkçe olmalıdır.
- 13.Cihaz software programında hasta takibi ve geçmiş ölçüm değerlendirmesi yapabilmelidir
- 14.Cihaz iç yağlanma (visceral yağlanma) parametresini verebilmelidir.
- 15.Cihazın toplam ağırlığı 5 kg yi geçmemelidir
- 16.Cihaz ile birlikte stant verilmelidir.
- 17.Cihaz bel çevresi oranını ölçmeli ve obezite değerlendirmesi yapabilmelidir.
- 18.Cihaz hedef kilo kontrolü yapabilmeli, yağ ve kas kütlesini eksi ve artı olarak belirtmelidir.

Tamer YİĞİT
Tamer

FİNİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Mustafa BİLMİLER
Başhekim Yardımcısı

FİNİKE DEVLET HASTANESİ
Sevil COŞKUN VEZİROĞLU
Diyetisyen
Dip No: 13661/020