

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527-

27/01/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (2) kalem KOTER KABLOSU ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Tamer YILGIT
Laboratuvar Teknisyeni

Satınalma tarih ve saati : 28.01.2020 - 12:00

Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi

Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	KBB EĞRİ UÇLU BİPOLAR KOTER (ÇİFT GİRİŞ KABLOLU, ÜZÜMCÜ KOTERLERE UYUMLU)	4	ADET		
2	LAPAROSKOPİK ALETLERE UYUMLU TEK GİRİŞLİ KOTER KABLOSU (MARTİN ME 400-ÜZÜMCÜ EK 410 CİHAZLARA UYUMLU)	5	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BİPOLAR PENSET ve KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen pensetler hastanemizde kullanılmakta olan Aesculap GN 300 ,Martin ME 400,petaş ve üzümücü marka koter cihazları ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Bipolar penset koterizasyon, koagülasyon ve dokuları tutma işlemlerinde kullanılmalıdır.
3. Bipolar penset bayonet olmalıdır. Uzunluğu18- 20 cm olmalı ve uç kalınlığı 1 mm olmalıdır.
4. Bipolar uç non-stick (yapışmaz) özellikte olmalıdır.
5. Bipolar penset maximum 134°C'deki buhar otoklavında steril edilebilmelidir.
6. Bipolar pensetin kabloya giriş soketinin uzunluğu en az 2 cm olmalıdır.
7. Bipolar pensetin tutma yeri eli kaydırmaması için tırtıklı olmalıdır.
8. Bipolar penset üzerinde üretim tarihi olmalıdır.
9. Bipolar penset üzerinde lot numarası, referans numarası, barkod numarası olmalı ve barkod numarası sağlık bakanlığından onaylı olmalıdır.
10. Bipolar ara kablo en az 3.5metre uzunluğunda olmalıdır.
11. Bipolar ara kablo 1.maddede belirtilen koter cihazlarıyla ve teklif edilen pensetle uyumlu olmalıdır.
12. Bipolar ara kablo çok kullanımlık olmalı, otoklavda steril edilebilmeli ve alet dezenfektan solüsyonlarına dayanıklı olmalıdır.
13. Her pensetle beraber 1 (bir) adet ara kablo teslim edilecektir.
14. En az 2 yıl garantili olmalıdır
15. TSE belgesi olmalıdır.
16. Pensetlerin ucu 70-90 derece arası eğik olmalıdır.
17. Muayene kabul esnasında uygunluk kontrolü yapılacaktır, hastanemizde kullanılmakta olan cihazlarla uyumlu olmayan penset ve ara kabloların kabulü yapılmayacaktır.

FINKE DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. M. Ali BARAN
Dip No: 123097

FINKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Kadir GÖKÇE
Ortopedi Uzmanı
Dip. Tes. No: 138347

FINKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Yüksel ÇETİN
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No: 59246

MONOPOLAR LAPAROSKOPİ KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kablo 4mm girişe sahip laparoskopi aksesuarına uygun yapıda olmalı.
- Kablonun uzunluğu en az 4.5 m olmalı.
- Monopolar koter girişi; dişi ve erkek soketli kullanıma uygun olmalı.
- Kablo; 134 derecede 20 dk boyunca en az 300 kez otoklava girebilir özellikte olmalı.
- Kablo dezenfektan solüsyonunda bekletilebilir özellikte olmalı.
- Kablo yanmaz özellikte olmalı.
- TSE standartlarına uygun olmalı.
- Ürün istenilen bölüm tarafından denenmiş ve uygunluğu onanmış olmalı.

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. M. Ali B. KIRAN
Genel Cerrah
Dip. No: 123097

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Kadir GÖKÇE
Ortopedi Uzmanı
Dip. Tes. No: 138347

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Yüksel ÇETİN
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No: 89246