

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527-

19/04/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (2) kalem ŞÜKRAN ORHAN TIBBİ MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Tamer YİĞİT
İdari Mali Hizmetler Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 20.04.2021 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi

Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ (GÜMÜŞLÜ) ORTA OR2160	6	ADET		
2	VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ OR 2200	6	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞLÜ YARA KAPAMA SETİ / ORTA BOY
TEKNİK ŞARTNAMESİ
OR2160**

- 1) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler ve Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi tedavi sürekliliğini sağlamak amacıyla aynı marka olmalıdır.
- 2) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri amaca uygun özellikte ve tıbbi süngerden üretilmiş olmalıdır.
- 3) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, negatif basıncı tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek açık ve gözenekli yapıya sahip olmalıdır ve gözenek büyüklüğü (pore) 20-30 ppi aralığında olmalıdır. Gerektiğinde bu durum teknik dökümanlarla belgelendirilmelidir.
- 4) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama seti içindeki kapama seti, SUT da belirtilen ölçülere uygun boyutta olmalıdır.
- 5) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri , uygulandığı yaradaki hücrelere toksik şekilde etki edip hücreleri öldürmeyen yapıda olmalıdır, akut sistemik toksik etkiye sahip olmamalıdır ve uygulanan ciltte alerjik reaksiyonlar oluşturmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dökümanlar istenebilir.
- 6) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama setinin içerisinde yer alan kapama süngerinin deride irritasyon etkisi bulunmamalıdır. Bu durum yüklenici firma tarafından gerektiği durumlarda belgelendirilmelidir.
- 7) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama seti içindeki kapama seti, yara tedavisinden en etkin sonucu alabilmek üzere negatif basıncı tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek hidrofobik veya dengi özellikte olmalıdır.
- 8) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama seti içerisinde yer alan kapama süngeri, poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 9) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama seti içinde yer alan gümüşlü kapama süngerinin gümüş salınımı 24.saat sonunda 1,41 – 3,86 ppm aralığında olmalıdır. Bu durum ile ilgili test raporları olmalıdır ve yüklenici firma gerektiğinde bu dökümanları sunmalıdır.
- 10) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama seti içindeki kapama seti kesilebilir olmalıdır.
- 11) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama seti içindeki kapama malzemesi fazla eksudalı, enfekte ve kaviteli yaralarda kullanılabilecek özelliklerde olmalıdır.
- 12) Vakum yardımcı gümüşlü orta boy yara kapama seti içerisinde bulunan drape şeffaf olmalı, hasta cildine iyi yapışmalı , dayanıklı olmalı ve alerjik yanıtı yol açacak materyal içermemelidir.

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Behri ÖZKAYMAKÇI
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 72884

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Mustafa ÖZKAYMAKÇI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 141603

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Mustafa ÖZKAYMAKÇI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 141603 - 65452

- 26) İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası'ndan alınmış firma/bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
- 27) Yüklenici Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir.
- 28) Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır.
- 29) Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

~~FINIKE DEVLET HASTANESİ
OP. DR. İKER AKSU
Genel Cihazlar Uzmanı
Dip. Tes. No: 75193~~

~~FINIKE DEVLET HASTANESİ
OP. DR. İKER AKSU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. No: 741603~~

İker Aksu
FINIKE DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. İker AKSU
Beyin Cihazları Uzmanı
Dip. Tes. No: 75193 - 55452